

भ्रमण आख्या दिनोंक 18–22 अवट्टब्र 2022 (दल संख्या 2)



- श्री एस०बी०पैकज, उप महाप्रबन्धक एम० ए८ड ई० अनुभाग।
- श्री अरविन्द उपाध्याय, तकनीकी परामर्शदाता, प०क०।
- श्री राजीव कुमार द्वे, कार्यक्रम समन्वयक, बाल स्वास्थ्य।

एफआर०य० साम० स्वास्थ्य केंद्र, मानिकपुर, वित्रकुट

- चिकित्सालय परिसर में धास बढ़ी हुई है। परिसर की सफाई की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय के भीतर वार्ड, कक्ष आदि में गंदगी पाई गई। मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। खिडकियों के शीर्षों टूटे हुए पाये गये।
- टॉयलेट काफी गंदे पाये गये। चिकित्सालय परिसर की सफाई अत्यधिक खराब पाई गई। धास एवं गंदगी का अचार पाया गया। प्रत्येक कक्ष में गंदगी पाई गई।
- दरवा का मेन स्टोर मानकानुसार मेण्टन नहीं था।
- चिकित्सालय में प्रत्येक कक्ष को खोलकर देखा गया।
- इसके अतिरिक्त छ. कमरों में दवाईयें/उपकरण/कॉटन/गैंज आदि अव्यवस्थित रूप से पाये गये। ऐसा प्रतीत हुआ कि विना आगणन के उपकरणों/कॉटन एवं गैंज का क्य स्टोर में उपकेंद्रों पर भेजे जाने वाले सामान पड़ा हुआ था।
- निशुल्क आपूर्ति के गर्मनिरोधक का अभाव पाया गया।
- संकमण से बचाव के ग्रोटोकॉल्स फॉलो स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रैपर एक ही डस्टबिन में डाली जा रही है।
- पी०एन०सी० वार्ड में गार्डी चार्टरे बिछी हुई थी।
- इकाई पर साफ-सफाई हेतु जिले स्तर से एजेन्सी व्यवस्थित है परन्तु कोई भी कर्मचारी साफ-सफाई हेतु उपलब्ध नहीं है।
- कैलीसापेड पंचर पाया गया।
- प्रसव कक्ष में उपयोग हेतु कोई भी रजिस्टर जैसे ए०एन०सी०प्रसव, पी०एन०सी० एवं डाइट आदि रजिस्टर अच्छी तरह से भरे नहीं जा रहे थे।
- उपलब्ध अमिलेखों में सूचना का अंकन समुचित रूप में नहीं किया गया था।
- परिवार कल्याण से सम्बन्धित समस्त लॉजिस्टिक को ए०एन०एम० व आशा को पोर्टल से निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि फार्मासिस्ट को उक्त हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- मौतिक रजिस्टर व पोर्टल पर अंकित स्टॉक पोजीशन में भिन्नता पायी गई। जिसे डेटा वैलिडेशन कर्मसी की बैठक में रखते हुए एकलृपता लाये जाने की आवश्यकता है।
- एफ०पी०एल०आई०एम०एस० पोर्टल पर परिवार कल्याण सामग्री का वितरण अंकित नहीं किया जा रहा है।
- लैब में जॉच हेतु आवश्यक रीजेन्ट व अन्य लॉजिस्टिक का अभाव है।
- प्रसव कक्ष एवं अन्य स्थानों पर लैब के बास्बेसिन में एल्बो टैप नहीं लगे हुए थे।
- प्रसव कक्ष में एन०बी०सी०सी० संचालित था। परन्तु ओ०टी० में रेडिएण्ट वार्मर उपलब्ध नहीं था।
- लैब में उपलब्ध समस्त उपकरणों का मैपिंग व कैलीब्रेशन नहीं पाया गया।
- इकाई पर फार्मसी में ई.डी.एल. सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।
- स्टॉक बुक से सब स्टॉक बुक में प्रतिदिन दवायें वितरित दिखाया गया है, जबकि दवाओं का बफर स्टॉक बनाये जाते हुए विभागों में चिकित्सकीय कार्यों का संचालन किया जाना है।
- दोनिक औषधि उपभोग परिकल्पना नहीं पायी गई।
- स्टोर में दवाओं हेतु रेक व पैलेट्स की आवश्यकता है।
- ई०डी०एल का डिस्ले नहीं पाया गया।
- एन०बी०एस०य० में ०१ रेडिएण्ट वार्मर एवं ०२ फोटो थेरेपी यूनिट क्रियाशील हैं। परन्तु मात्र ०१ ही स्टाफ नर्स तैनात थी।
- एफ०बी०एन०सी० पोर्टल पर आनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।
- सीटीजन चार्टर उपलब्ध नहीं था।
- एवश्यायरी मेडिसिन पायी गयी।
- हैल्थ ए०टी०एम० मशीन स्थापित नहीं की गयी थी।
- ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु उपकरण उपलब्ध थे परन्तु अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-एच०डब्लूसी० सरेया चित्रकूट

- परिसर में साफ सफाई की आवश्यकता है।
- प्रसव कक्ष में विटामिन – कें एवं मैक सल्क अनुपलब्ध हैं।

- एच०डब्लूसी० के इन्चर्टर की बैटरी खराब पड़ी है।
 - आकृतिज्ञन कन्सट्रोटर खराब पड़ा हुआ है।
 - लैंब में हिमोना ग्लूका मीटर खराब होने के कारण प्रसूता की जॉव नहीं हो पा रही है।
 - ब्लड ग्रूप एवं वीडाल किट उपलब्ध नहीं है।
 - इकाई में मात्र एक १०१०३००५० उपलब्ध होने के कारण प्रसव के कार्य में वाधा उत्पन्न हो रही है।
 - परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कंडोम वाक्स कर्ड्डोम पी०पी०आर्ड०य०सी०डी० कैलाफार सेफ आदि अनुपलब्ध है।
 - परिवार नियोजन काउन्सलर कक्ष व्यवस्थित नहीं था।
 - प्रसव कक्ष में एन०वी०सी०सी० मिल्याशील नहीं था।
 - वायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। टीकाकरण निडिल एवं सिरिज एक ही पालीबोग में एकत्र किये जा रहे हैं।
 - प्रिण्टेड १०१०३०० रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर चिकित्सालय में नहीं पाये गये।
 - प्रसव कक्ष में मानकानुसार दै, कैलीस पैड, डिजीटल वॉच आदि उपलब्ध नहीं थे। उपकेन्द्र पर मात्र २ प्रसव इस वर्ष हुए हैं। उपकेन्द्र की हालत देखने में प्रतीत हुआ कि उपकेन्द्र पर प्रसव नहीं होते हैं।
 - एम०सी०टी०१०५० / आर०सी०१०८० रजिस्टर पर ऑकडे अकित नहीं किया जा रहा है।
 - वायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन नहीं है।
 - प्रसव कक्ष मानकानुसार मैटेन नहीं किया गया है।
 - बायो वेस्ट निस्तारण हेतु पिट नहीं है। परिसर गंदा पाया गया।
 - ई०डी०१०ल का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पाया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–एच०डब्लूसी० अचवारा चिकित्सक**
- प्रसव कक्ष क्रियाशील नहीं है। प्रसव कक्ष में एन०वी०सी०सी० हेतु वार्म उपलब्ध नहीं है। अम्बु बैग एवं बैग एन्ड मार्क उपलब्ध नहीं है। मैंक सेल्क इन्जेक्टर उपलब्ध नहीं है। प्रसव कक्ष मानकानुसार मैटेन नहीं किया गया है।
 - इन्जेक्टर पैरासीटामाल उपलब्ध नहीं है।
 - वायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। टीकाकरण निडिल एवं सिरिज एक ही पालीबोग में एकत्र किये जा रहे हैं।
 - प्रिण्टेड १०१०३०० रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर चिकित्सालय में नहीं पाये गये।
 - प्रसव कक्ष में मानकानुसार दै, कैलीस पैड, डिजीटल वॉच आदि उपलब्ध नहीं थे। उपकेन्द्र पर मात्र २ प्रसव इस वर्ष हुए हैं। उपकेन्द्र की हालत देखने में प्रतीत हुआ कि उपकेन्द्र पर प्रसव नहीं होते हैं।
 - एम०सी०टी०१०५० / आर०सी०१०८० रजिस्टर पर ऑकडे अकित नहीं किया जा रहा है।
 - बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन नहीं है।
 - बायो वेस्ट निस्तारण हेतु पिट नहीं है। परिसर गंदा पाया गया। ई०डी०१०ल का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पाया गया।
- सामू० स्वास्थ्य केन्द्र, मज़, चिकित्सक**
- इकाई में प्रवेश हेतु मन गेट दृटा हुआ था जिसको तत्काल दुरुस्त कर लगावाने हेतु अनुरोध किया गया।
 - चिकित्सालय परिसर में घास वही हुई है। परिसर की सफाई की आवश्यकता है।
 - चिकित्सालय के भीतर वार्ड, कक्ष आदि में गंदगी पाई गई। मरीजों के बेठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। खिडकियों के शीशे ढूटे हुए पाये गये।
 - टॉयलट काफी गंदे पाये गये। चिकित्सालय परिसर की सफाई अत्यधिक खराब पाई गई। धास एवं गंदगी का अम्बार पाया गया। प्रत्येक कक्ष में गंदगी पाई गई।
 - दवा का मेन स्टोर मानकानुसार मैटेन नहीं था।
 - चिकित्सालय में प्रत्येक कक्ष को खोलकर देखा गया।
 - इसके अतिरिक्त छ. कमरों में दवाईयाँ / उपकरण / कॉटन / गॉज आदि अव्यवस्थित रूप से पाये गये। ऐसा प्रतीत हुआ कि विना आगान के उपकरणों / कॉटन एवं गांत का कच रटोर में उपकेन्द्रों पर भजे जाने वाले सामन पड़ा हुआ था।
 - निशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक का अभाव पाया गया।
 - संकमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फैलो स्टफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रेपर एक ही डर्टबिन में डाली जा रही है।
 - पी०एन०सी० वार्ड में गन्दी चादरें बिछी हुई थी।
 - इकाई पर साफ-सफाई हेतु जिले स्तर से एजेंसी चयनित है परन्तु कोई भी कर्मचारी साफ-सफाई हेतु उपलब्ध नहीं है।
 - कैलीसपैड पंचर पाया गया।

प्रसव कक्ष में उपयोग हेतु कोई भी रजिस्टर जैसे एएनसी०प्रसव, पी०एनसी० एवं डाइट आदि रजिस्टर अच्छी तरह से मरे नहीं जा सकते।

प्रसव कक्ष में आवश्यक उपकरण न होने के कारण ०७ ट्रै प्रोटोकॉल का मेनटेन नहीं किया जा सकता है।

केलीस पैड एवं मैक सेल्फ इन्जॉ ० आ०य०सी०डी० किट उपलब्ध नहीं है।

आटोकलेब मशीन पूरी तरह से जैग खायी हुई है जिसको तत्काल बदलने की अवश्यकता है।

उपलब्ध अमिलेखों में सूखना का अंकन सुनिश्चित रूप में नहीं किया गया था।

परिवार कल्याण से सम्बन्धित समस्त लॉजिस्टिक को ए०एन०एम० व आशा को पोर्टल से निर्गत नहीं किया जा सकता है।

जबकि फार्मासिस्ट को उक्त हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भौतिक रजिस्टर व पोर्टल पर अंकित स्टॉक पोजीशन में बिन्नता पायी गई। जिसे डेटा वैलीडेशन कमेटी की बैठक में रखते हुए एकलृप्ति लाये जाने की आवश्यकता है।

एफ०पी०एल०आ०इ०एम०एस० पोर्टल पर परिवार कल्याण सामग्री का वितरण अंकित नहीं किया जा सकता है।

लैब में जैंच हेतु आवश्यक रीजेंट जैसे सीबी०सी० रीजेंट फाईलेरिया जैंच की किट और सी०टी०बी०टी० मशीन के क्रियाशील करने हेतु ए०सी० की आवश्यकता है।

प्रसव कक्ष में ए०बी०सी०सी० संचालित था। परन्तु ओ०टी० में रेडिएण्ट वामर उपलब्ध नहीं था।

लैब में उपलब्ध समस्त उपकरणों का मैटिंग व केलीब्रेशन नहीं पाया गया।

इकाई पर फार्मेसी में ई.डी.एल. सूची प्रदर्शित नहीं की गई है।

स्टॉक बुक से सब स्टॉक तुक में प्रतिदिन द्वायें वितरित दिखाया गया है, जबकि द्वायें का बफर स्टॉक बनाये जाते हुए विभागों में चिकित्सकीय कार्यों का संचालन किया जाना है।

वैनिक औषधि उपयोग पंजिका नहीं पायी गई।

स्टोर में दवाओं हेतु रेक व पैलेट्स की आवश्यकता है।

ई०डी०एल का डिस्प्ले नहीं पाया गया।

एन०बी०एस०य० क्रियाशील नहीं है।

सीटी०जन चार्टर पर प्रतिदिन द्वायें की उपलब्धता दर्ज नहीं की जा सकी थी।

एन०बी०एस०य० वर्ष २०२२–२३ में स्थापित करने हेतु तिथा निर्देश राज्य स्तर से प्राप्त हुये हैं। जिसके सम्बन्ध में जनपद स्तर द्वारा उपकरणों का क्रय कर इकाई को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

अपथलतों के कक्ष में कलर विजन चार्ट वाइनोमेक एवं कुर्सी एवं टेबल की आवश्यकता है।

एक्स रे कक्ष में एक्स रे टेबल की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-एच०डब्ल्य०सी० टिकरा चिक्र०ट

परिसर में बड़ी-बड़ी घास आदि थी जिसके कटाई एवं सफाई की आवश्यकता है।

प्रसव कक्ष क्रियाशील नहीं है। प्रसव कक्ष में ए०बी०सी०सी० हेतु वार्मर उपलब्ध नहीं है। अम्बु बैग एवं बैग ए०ट्ट मास्क उपलब्ध नहीं है। मैक सेल्फ इन्जे० उपलब्ध नहीं है। प्रसव कक्ष मानकानुसार मेंटेन नहीं किया गया है।

बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।

प्रिण्टेड ए०एन०सी० रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर चिकित्सालय में नहीं पाये गये।

प्रसव कक्ष में मानकानुसार दो, केलीस पैड, डिजीटल वैंच आदि उपलब्ध नहीं थे।

एम०सी०टी०एस० / आर०सी०एच० रजिस्टर पर ऑकॉडे अंकित नहीं किया जा रहा है।

परिवार नियोजन सम्बन्धी गमनिरोधक समायिया उपलब्ध नहीं है।

सामू० स्वास्थ्य केन्द्र, राम नगर, चित्रकुट

इकाई में प्रवेश हेतु मेन गेट टुटा हुआ था जिसको तत्काल दुरुस्त कर लगवाने हेतु अनुरोध किया गया।

चिकित्सालय परिसर में घास थोड़ी बहुत बढ़ी हुई थी जिसके सम्बन्ध में अधीक्षक द्वारा आवागत कराया ०० दिनों के अन्दर सभी घासों की कटाई का कार्य करा लिया जायेगा।

चिकित्सालय के भीतर वार्ड कक्ष आदि में सफाई पाई गई। मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था है।

अधिकतर टॉयलेट साफ मुथ्रे पाये गये। चिकित्सालय परिसर की सफाई ठीक – ठाक पाई गई।

दवा का मेन स्टोर मानकानुसार मेण्टन नहीं था।

चिकित्सालय में प्रत्येक कक्ष को खोलकर देखा गया।

इसके अतिरिक्त छ: कमरों में दवाईयों/उपकरण/कॉटन/गॉज आदि अव्यवस्थित रूप से पाये गये।

- लेबर रुम मैलगोइनवर्टर की बैट्री खराबपायीगयी
- लेबर रुम के बाहरालियारेमेंटटीकुर्सियां व मेज रखे हुये थे।
- प्रसव कक्ष में प्रसव हो रहे थे इस कारण प्रसव कक्ष का निरीक्षण नहीं किया जा सका।
- माह सितम्बर, 2022 की कालातीत औषधियां पायी गयी जो कि इस माह में बचे शेष दिवस के अनुमानित उपयोग से ज्यादा थी और इनके उचित उपयोग हेतु पूर्व से मुख्य स्टोर को सूचित भी नहीं किया गया था।

4. औषधि वितरण कक्ष-

- औषधियों के डिमांड हेतु मैनुएल तरीके का उपयोग किया जा रहा था, डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल के माध्यम से कैसे इन्डेंट किया जाना है इसकी जानकारी फार्मासिस्ट को नहीं थी।
- डेलीकन्जाणनरजिस्टर, एक्सपायरीरजिस्टर एवंस्टाकररजिस्टर नियमानुसार पूर्ण नहीं भराजारहा है।
- फार्मासिस्ट से पूछे जाने पर कि क्या किसी भी एक औषधि के स्टाफ को रजिस्टर एवं भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकता है अवगत कराया गया कि यह मैच नहीं हो पायेगा।
- डेली कन्जाणन रजिस्टर में लाभार्थीवार दी जाने वाली औषधियों का कोई भी रिकार्ड दर्ज नहीं किया गया था।
- स्टोर में रखी हुई औषधियों पर लेबलिंग नहीं की गयी थी।

5. एस0एन0सी0यू कक्ष –

- साफ-सफाई यावरथा संतोषजनक पायी गयी।
- के.एम.सी. कक्ष में लगी ए0सी0 खराब पायी गयी।
- 01 रेडिएट वार्मर खराब था जिसके सम्बन्ध में सायरवेस से बात करके ठीक कराने हेतु उझाव दिया गया है।
- 01 बाल रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है जिसके सम्बन्ध में अधीक्षक महोदय से आग्रह किया गया कि डी0एच0एस0 के माध्यम से रिक्त पद भरने हेतु अनुरोध किया गया।
- 02 स्टाफ नर्स का पद रिक्त है।
- इकाई में कार्यात्मक सिक्योरिटी गार्ड को किसी अन्य स्थान पर ड्युटी हेतु लगाया गया है।
- इकाई में कार्यरत डाटा इन्टी आपरेटर द्वारा अवगत कराया गया प्रिन्ट हेतु विगत माह से पेपर रिम एवं प्रिन्टर हेतु टोनर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
- इकाई में पूर्व से संचालित आरओ० खराब हो गया जिसके स्थान पर नवीन आरओ० का आवश्यकता है।
- इकाई से नवतजात बच्चों के डिस्चार्ज के समय डिस्चार्ज कार्ड भी भर कर नहीं दिया जा रहा है।
- चिकित्सालय में कई जगह खुले हुये बिजली के तार थे, जिनको ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
- कार्डन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन एवं एच.आई.वी. कार्डन्सलर एक ही कक्ष में बैठी हुई थी एवं यहां मरीजों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान एवं गोपनीयता नहीं थी।
- ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. की जा रही थी, परन्तु ए.एन.एम. के पास बी.पी. इन्स्ट्रुमेंट, हाइट स्केल, वजन मशीन उपलब्ध नहीं था।
- ए.एन.एम. एवं यहां उपस्थित एल.एम.ओ. को हाई रिक्स प्रोग्रेसी के लक्षणों के विषय में जानकारी नहीं थी।
- ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- ए.एन.एम. को विटामीन ए की बोतल खोलने के बाद कितनी दिन तक उपयोग लानी है इसकी जानकारी नहीं है।
- कहीं पर भी कण्डोम बॉटस नहीं लगा पाया एवं चिकित्सालय के रैम्प में काफी मात्र में टूटी हुयी बेड, कुर्सियां, मेजें, अल्मारी आदि कण्डम समान रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वारा कर सभी समाग्री को नियमानुसार कण्डम कराने हेतु कहा गया।
- स्टोर में औषधियों को बिना किसी कम और सूची के रखी हुई थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कैम्पस के अन्दर इकाई के प्रवेश द्वार पर दो पहिया वाहन खड़े थे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बानायी गयी वाटिका का रख रखाव बड़त ही मुन्दर तरीके से किया जा रहा है।
- फार्मसी के अन्तर्गत वर्तमान में 03 फार्मासिस्ट की तैनाती इकाई स्तर पर है, परन्तु किसी के द्वारा भी ई0डी0एल० के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।
- औषधियों हेतु इन्डेट इकाई के स्तर से मैनुएल रूप में किया जा रहा है।
- फार्मसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम को इकाई पर अन्य कार्य हेतु उपयोगित किया जा रहा है।
- फार्मसी के रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
- मेडिसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरिफिकेशन नहीं किया गया था।
- स्टोर में औषधियों को बिना किसी कम और सूची के रखी हुई थी।

- दैनिक ओपी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष है इसका कोई रिकार्ड नहीं तैयार किया जा रहा था।
- उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी के द्वारा तीनों फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण पत्र देते हुये 02 दिवस में पार्थी गयी समस्त कामियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
- कंपंडोम बाक्स एवं शिकायत पोटिका इकाई के इकाई में सामने नहीं लगी थी।
- इकाई पर किये जाने वाले समस्त लेब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नहीं थी।
- वायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
- इकाई स्तर पर वायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नहीं किया जा रहा था।
- विगत 03 माह से सी.सी.सी. रिजेण्ट इकाई पर उपलब्ध नहीं है।
- लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिज को विना हबक्टर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डर्टबिन में डाला जा रहा था।

ओपी.डी. रजिस्टर में सिरिजल नम्बर नहीं डाला जा रहा था।

ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये विवरण को पढ़ा नहीं जा पा रहा था।

- आर.बी.एस.के टीम के द्वारा रिकाई पूर्ण नहीं भरे जा रहे हैं, उम्र के कालम में कक्षा का विवरण अंकित किया जा रहा था एवं अन्य कालम भी पूर्ण नहीं थे।
- विमार बच्चों एवं उनके परिवार का कोई भी विवरण टीम के पास नहीं था बच्चों की फोटो भी टीम के द्वारा नहीं ली जा रही थी।

रोफरल से सम्बन्धित रिकाई भी टीम के पास उपलब्ध नहीं थे।

- टीम द्वारा उपयोग में लाये जा रहे वाहन के लागवुक पर टीम द्वारा आज हस्ताक्षर नहीं किये गये टीम के द्वारा अवगत कराया गया।

मांगे जाने पर लौंग बुक टीम एवं डाइवर के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

- एन.बी.एस.यू. के सामने शूट ऐक एवं शू. कवर/चप्पल उपलब्ध नहीं थी एवं स्टाफ के द्वारा एन.बी.एस.यू. कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।

एन.बी.एस.यू. कक्ष में ए.सी. नहीं लगा था।

- एन.बी.एस.यू. स्टाफ के द्वारा बच्चों का वजन करते हुये नीचे बिछाये गये काटन के वेट को घटाया या मशीन को 0 करके वजन नहीं किया जा रहा था।

एम्बु बैग के समस्त पार्ट उपलब्ध नहीं थे।

कार्ड कलेम्प एवं ग्लब्स मई, 2021 के कालापीत पाये गये।

रोफरल रिकाई पूर्ण नहीं किये जा रहे थे।

- प्रथम तल के खूले क्षेत्र में डर्स्वीन को रखा जाये जिससे तीमददारों द्वारा गन्दगी वस्तुओं के निस्तारण हेतु डर्स्वीन का उपयोग किया जा सके। सम्भव हो तो पीने के पानी की व्यवस्था प्रथम तल पर भी करायी जाये जिससे मरीजों को पीने के पानी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो।

- प्रथम तल की कुछ भाग की छत खराब हो गयी है इस हेतु जनपद/ब्लाक स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये इसको ठिक कराया जाना है।
- प्रसव कक्ष में कार्य संतोष जनक पाया गया, परन्तु केसशीट पूर्ण नहीं भरे जा रही थी।

- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रतिदिन आयोजित सांयकालीन बैठक में समस्त राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा प्राप्त आख्या से अवगत कराया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त जनपदीय एवं ल्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(Anmol Upadhyay)
Counselor - AP