भ्रमण आख्या–

पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम. एण्ड ई. / 2022–23 / 13 / 5146–6 दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से भारत सरकार के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के अधिकारियों द्वारा एन0एच0एम0 की समीक्षा हेतु दिनांक 04 से 11 नवम्बर 2022 की अवधि में प्रदेश के प्रस्तावित भ्रमण हेतु तैयारी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया जिसके क्रम में एन.यू.एच.एम. अनुभाग से टीम द्वारा दिनांक 28–30 अक्टूबर 2022 को जनपद चित्रकूट एवं दिनांक 31.10.2022 से 02.11.2022 तक जनपद महराजगंज का भ्रमण किया गया एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु बिन्दुवार सम्बन्धित को अवगत कराया गया।

जनपद चित्रकूट

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्वी–

- लेबर रुम में –
- ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर क्रियाशील नही पाया गया।
- इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब पाया गया।
- ऑक्सीजन सिलिंडर में लगे रेग्यूलेटर के द्वारा ऑक्सीजन फ्लो रेट मेनटेन नहीं हो रहा था।
- कोई भी स्टरलाइज्ड ड्रम विद इन्स्ट्रूमेंट नहीं पाया गया।
- ट्रे में रखे गये उपकरण स्टरलाइज्ड नहीं पाये गये।
- इन्स्ट्रूमेंट को स्टरलाइज्ड करने के लिए ऑटोक्लेव नहीं पाया गया।
- स्टाफ नर्सेज को ड्यूटी रोस्टर तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम के रिकार्ड अपडेट नहीं पाये गये।

- एफएचएस डाप्लर ओ.पी.डी. रुम में नही पाया गया।
- ऑटोमेटिक हैंड स्टरलाइनजेशन सेट सही नहीं पया गया।
- आशा का भुगतान अपडेट नहीं पाया गया।
- रोगी कल्याण समिति एवं महिला आरोग्य समिति के खातों में अनटाइड फण्ड की धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी थी।
- आशा डायरी (यूएचआईआर) अद्यतन नहीं पायी गयी।
- महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को अनटाइड फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।
- 15वें एफसी के अर्न्तगत स्थापित किये जाने वाली यू–एचडब्लूसी के लिए भवन का चिन्हीकरण नहीं किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक में अवगत कराया गया एवं तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।

PC. NUHM (Dinesh Pal Singh) Con NUHM (Vineet Singh) GM. NUHM (Dr Salil Kr Srivastava)