

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण
दिनांक— 29.08.2017 से 30.08.2017
जिला—शाहजहाँपुर (उ०प्र०)

समूह सदस्य—

1. डा० राजेश झा, महाप्रबंधक, एन०एच०एम०
2. श्री अभय द्विवेदी, परामर्शदाता
3. श्री आदेश शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक(मुख्यालय)

दिनांक— 29.08.2017
सी०एच०सी०—पुर्वोया
अवलोकित बिन्दु

- सी०एच०सी० पर चार पुरुष एलोपैथिक चिकित्सक, एक महिला एलोपैथिक चिकित्सक तथा एक दन्त शल्यज्ञ तैनात है।
- सी०एच०सी० प्रभारी आर्थोपैडिक सर्जन है।
- दो एलोपैथिक चिकित्सक पी०जी० करने बाहर गये है। एक बाल रोग विशेषज्ञ जिलाचिकित्सालय में तैनात है। महिला चिकित्सक वर्तमान में प्रभारी है।
- दो फार्मासिस्ट तैनात है। एक का स्थानान्तरण हो चुका है। तीन संविदा स्टाफ नर्स तैनात है।
- कुल 18 सबसेन्टर है। एक मुख्य केन्द्र है तथा 22 ए०एन०एम० है तथा 5 डिलीवरी प्वाइंट है।
- एक्सरे मशीन का केबिल फुँक चुका है जिसके कारण एक्सरे नहीं हो पा रहे है। डार्क रूम सहायक तैनात है। सम्बन्धित सूचना जिले पर दी गयी है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
- सी०एच०सी० पर एक नियमित तथा एक संविदा लैब टेक्निशियन तैनात है।
- बी०पी०एम०यू० में बी०ए०एम० नहीं है जिसके कारण आशा, फाइलेरिया, परिवार नियोजन तथा पोलियो से संबंधित भुगतान नहीं हो पा रहे है। अर्श काउन्सलर तीन महीने से नहीं है।
- आर०बी०एस०के० की एक गाड़ी में पाँच लोग जाते है। गाड़ी टैक्सी परमिट है। टीम द्वारा नौ बच्चों को एन०आर०सी० में भेजा गया था जिसमें से तीन बच्चे प्रतिक्षा में है।
- ओ०टी० के साथ अटैच स्टोर बंद मिला बड़ी मुश्किलों से खोलने पर उसमें एक ब्लड स्टोरेज हेतु फ्रिज दो वारमर एक फोटोथरेपी यूनिट, ई०सी० की मशीन एवंओपथेल्मिक माइक्रोस्कोप भी था।
- इस वर्ष जे०एस०वाई० के अर्न्तगत 711 के सापेक्ष 543, आशा को 651 के सापेक्ष 136 का भुगतान किया गया है। सी०एच०सी० पर विजय— वार्ड बॉय द्वारा उक्त कार्य संपादित किया जा रहा है।
- कोल्ड चैन में दो आई०एल०आर० तथा दो डीप फ्रिजर यहाँ पर है। कुल 6 से 7 घंटे बिजली की सप्लाई इस क्षेत्र में होती है। कोल्ड चैन कमरे में जगह काफी कम है। टेम्परेचर लॉगर कार्य कर रहा है।
- मातृ स्वास्थ्य विंग का निर्माण होने के कारण लेबर रूम अस्थाई रूप से कार्य कर रहा है। मुख्य लेबर रूम का निर्माण कार्य चल रहा है। जानकारी मिली कि उक्त कार्य कब तक पूरा होगा पता नहीं है। जिले पर तैनात जे०ई० से जानकारी ली जा सकती है।

- एन्टीबायोटिक दवाइयों की अत्यन्त कमी थी। डाक्सीसाइक्लीन को छोड़कर कोई भी एन्टीबायोटिक उपलब्ध नहीं थी। ए0आर0वी0 उपलब्ध थी।
- टायलेट की स्थिति असंसोषजनक है।
- परिसर की साफ-सफाई में सुधार की आवश्यकता है।

सी0एच0सी0—सिंधौली अवलोकित बिन्दु

- सी0एच0सी0 पर दो एम0बी0बी0एस0 डाक्टर तैनात है।
- सी0एच0सी0 क्षेत्र में 6 डिलीवरी प्वाइन्ट 20 सबसेन्टर तथा 23 ए0एन0एम0 है।
- कोल्ड चैन में एक आई0एल0आर0 तथा तीन डीप फ्रिजर है। एक डीप फ्रिजर 2015 से कार्य नहीं कर रहा है। स्टेबलाईजर नहीं है। टेम्परेचर लॉगर कार्य कर रहा है।
- माह में 264 प्रसव दर्ज हुये है। 16 वर्किंग बेड है तथा केस शीट भरी थी।
- जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत सुबह चाय, बिस्कुट तथा दिन में दाल रोटी दी जा रही है।
- वार्डों में सरसों के तेल की शीशियों मिली। जिसको उपयोग न करने की सलाह दी गयी।
- एक पुरुष स्टाफ नर्स है जिसका डिलीवरी में कोई सहयोग नहीं है। कुल तीन संविदा स्टाफ नर्स है।
- एन्टीबायोटिक दवाइयों की अत्यन्त कमी थी। डाक्सीसाइक्लीन को छोड़कर कोई भी एन्टीबायोटिक उपलब्ध नहीं थी। ए0आर0वी0 उपलब्ध थी।
- टायलेट की स्थिति असंसोषजनक है।
- परिसर की साफ-सफाई में सुधार की आवश्यकता है।

समीक्षा बैठक, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, शाहजहाँपुर अवलोकित बिन्दु

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अपर मुख्यचिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0सी0पी0एम0, जिला लेखाकार अधिकारी, यूनीसेफ प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

दिनांक— 30.08.2017

जिला महिला चिकित्सालय—शाहजहाँपुर

मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डा0 रेखा शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि

- कुल 5 महिला चिकित्सक तैनात है (दो डी0जी0ओ0, एक ई0मॉक, एक चिकित्साधिकारी तथा एक अन्य)
- उक्त के अतिरिक्त तीन बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, 14 नियमित स्टाफ नर्स, 7 संविदा स्टाफ नर्स, 7 एस0एन0सी0यू0 में स्टाफ नर्स, 3 फार्मासिस्ट, एक एल0एच0वी0 दो0 ए0एन0एम0 तैनात है। कोई एनेथिस्ट तैनात नहीं है, बाहर से बुलाना पड़ता है।

- 100 बेड अस्पताल अभी शुरू नहीं हुआ है।
- हास्पिटल मैनेजर डा० प्रीति है तथा उनका कार्य संतोषजनक है। आर०के०एस० मैनेजर का कार्य भी संतोषजनक है।
- ऑक्सीजन की केन्द्रीयकृत सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट वार्ड के लिये सहयोग की आवश्यकता है।
- एस०एन०सी०यू० में 16 बेड पर 22 बच्चे भर्ती है।
- एन०आर०सी० में 10 में से 9 बेड फुल है। एक को पुवार्यों से बुलाया गया है।
- आर०सी०की दवाईयों की नियमित सप्लाई नहीं है।
- वी०एम०डब्ल्यू० की सर्विस में सुधार की आवश्यकता है।
- एन्टीबायोटिक की कमी है।
- परिसर में ड्रेनेज की समस्या है। पीने योग्य पानी की समस्या है। एक ओवरहैड टैंक की आवश्यकता है। संबंधित समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा चुका है।
- सिक्योरिटी गार्ड तथा लान्ड्ररी की समस्यायें है।
- साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक थी।
- प्रचार-प्रसार सामग्रीयों का अभाव था।
- टायलेट की स्थिति असंसोषजनक है।

जिला पुरुष चिकित्सालय-शाहजहाँपुर

- जिला पुरुष चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालय एक ही परिसर में स्थापित है। जिसके कारण परिसर संबंधी समस्यायें समान है।
- बी०एम०डब्ल्यू० की स्थिति असंतोषजनक है।
- सी०टी० स्कैन तथा डायलिसिस यूनिट स्थापित किया जाना है।
- आवासों की स्थिति काफी खराब है।
- ई० हास्पिटल की स्थिति असंतोषजनक है।
- साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक थी।
- प्रचार-प्रसार सामग्रीयों का अभाव था।
- टायलेट की स्थिति असंसोषजनक है।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, अजीजगंज, शाहजहाँपुर

- कोई चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है।
- स्वास्थ्य केन्द्र पॉश कालोनी में स्थापित है जो कि अजीजगंज क्षेत्र में नहीं आता है।
- चिकित्सालय में मानकानुसार सामान स्थापित नहीं है।
- ए०एन०एम० का माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं है।
- दवाईयों की उपलब्धता पूरी नहीं है।
- तैनात स्टाफ को कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।

नियमित टीकाकरण सत्र
उपकेन्द्र- जमुका, ग्राम- जमुका
सी0एच0सी0 भावलखेड़ा

टीम द्वारा डी0सी0पी0एम0 के साथ उक्त सत्र का परिक्षण किया गया जिसमें ए0एन0एम0, आशा भारती, आंगनवाड़ी सुनिता, आशा कुन्ती तथा सदा देवी उपस्थित थी। सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार हो रहा था, ड्यू लिस्ट थी, हैपेटाइटिस बी को छोड़कर समस्त वैक्सीन एवं डायल्यूट उपलब्ध थे, समुचित शीत श्रंखला थी, ओपन वायल पालिसी का पालन किया जा रहा था, प्रचार- प्रसार सामग्री का आभाव था, पोषाहार उपलब्ध नहीं था, ए0एन0एम0 के द्वारा टीकाकरण के पश्चात लाभार्थियों को 4 महत्वपूर्ण संदेश दिये जा रहे थे, टीम द्वारा ग्राम में एक गर्भवती महिला के घर, एक धात्री माता के घर तथा एक 6 माह तथा 2 साल के कम के बच्चे के घर का भ्रमण किया गया।


Dr. Rajesh Jha
GMCP & Training