

दिनांक 05,06 एवं 07 फरवरी 2016 जनपद प्रतापगढ़ की भ्रमण आख्या ।

भ्रमणकर्ता टीम —

1. डा० विकास सिंघल, उपमहाप्रबन्धक, आर० आई०
2. मुकेश कुमार, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य
3. अभिषेक यादव, परामर्शदाता, राष्ट्रीय कार्यक्रम

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र —रामपुर संगमगढ़

- लेबर रूम में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे ।
- प्रसव कक्ष में ट्रे मानक के अनुरूप नहीं थे एवं ट्रे में कैची जंग लगी पायी गई
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन नहीं किया जा रहा है
मानिट्रिंग हेतु हायर गाडी का लॉग बुक उपलब्ध नहीं कराया गया ।
- आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत टीम द्वारा रजिस्टर सही से नहीं भरे जा रहे थे ।
- स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं थी ।
- न्यु बॉर्न केयर कार्नर मानक के अनुरूप स्थापित नहीं था रेडिएन्ट—वार्मर खराब था ।
- लेबर रूम में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी ।
- कोल्ड चेन कक्ष में डीप फ्रिजर में वैक्सीन रखे पाये गये, जिन्हे प्रोटोकाल के अनुरूप रखना बताया गया ।
- कोल्ड चेन कक्ष में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावागंज

- आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत टीम द्वारा रजिस्टर सही से नहीं भरे जा रहे थे ।
- स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं थी ।
- लेबर रूम में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी ।
- कोल्ड चेन कक्ष में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे ।
- वैक्सीन स्टॉक आउट थी ।
- लेबर रूम में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे ।
- प्रसव कक्ष में ट्रे मानक के अनुरूप नहीं थे
- लेबर रूम में मैटरेस, कैलिपेड एवं बकैट नहीं थे
- लेबर रूम में अटेचड टायलेट नहीं थे

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघराय

- कोल्ड चेन कक्ष में डीप फ्रिजर में वैक्सीन रखे पाये गये, जिन्हे प्रोटोकाल के अनुरूप रखना बताया गया।
- कोल्ड चेन कक्ष में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।
- लेबर रूम में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।
- लेबर रूम में मैटरेस, कैलिपेड एवं बकैट नहीं थे
- लेबर रूम में अटेचड टायलेट नहीं थे
- ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन नहीं किया जा रहा है
मानिट्रिंग हेतु हायर गाडी का लॉग बुक उपलब्ध नहीं कराया गया।
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत टीम द्वारा रजिस्टर सही से नहीं भरे जा रहे थे।
- स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं थी।
- लेबर रूम में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणपुर

- लेबर रूम में लेबर टेबुल के नीचे ईट रखी पायी गई।
- लेबर रूम में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत टीम द्वारा रजिस्टर सही से नहीं भरे जा रहे थे।
- स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं थी।
- लेबर रूम में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी।
- कोल्ड चेन कक्ष में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।
- कोल्ड चेन कक्ष में एक आई0 एल0 आर0 खराब थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावाबेलखरनाथ

- प्रसव कक्ष तथा वार्डों में मातृ स्वास्थ्य से सम्बन्धित तकनीकी प्रोटोकाल नहीं लगे पाये गये जिसके बारे में चिकित्सा अधीक्षक से चर्चा करते हुए इसे लगवाने का अनुरोध किया गया।
- कोल्ड चेन कक्ष में ओपेन वायर पाया गया।
- कोल्ड चेन कक्ष में चारों स्टैविलाइजर खराब थे।
- लेबर रूम में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।
- आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत टीम द्वारा रजिस्टर सही से नहीं भरे जा रहे थे।
- स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं थी।
- लेबर रूम में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी।
- कोल्ड चेन कक्ष में मानक के अनुरूप प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे।

डा० विकास सिंघल,
उपमहाप्रबन्धक,
आर० आई०

अभिषेक यादव
परामर्शदाता,
राष्ट्रीय कार्यक्रम

मुकेश कुमार
परामर्शदाता,
मातृ स्वास्थ्य

