

## **Monitoring and Supervision Visit Report District Kannauj**

दिनांक 16.06.2016 से 18.06.2016 तक डा० एम०आर० गौतम, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, एन०एच०एम० एवं डा० एस०पी० त्रिपाठी, निदेशक, बजट एवं नियोजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र० द्वारा जनपद कन्नौज की स्वास्थ्य इकाइयों का भ्रमण किया गया। श्री मुकेश कुमार, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य की पत्नी के चिकित्सारत् रहनेएवं श्री एम०पी० सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, प्रशिक्षण, एस०पी०एम०य० का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उक्त तिथियों में भ्रमण पर नहीं जा सके। भ्रमण आख्या निम्नवत् है—

### **जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज –**

- मुख्य चिकित्साधिक्षक, डा० सी०पी० सिंह मुख्यालय पर नहीं थे। डा० बी०बी० चाई चिकित्सालय का कार्य प्रभारी चिकित्साधिकारी के रूप में देख रहे थे। भ्रमण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी भी उपस्थित हो गये। उन्होंने अवगत कराया कि सी०एम०एस० किसी सरकारी कार्य से लखनऊ गये हैं।
- चिकित्सालय में 125 के०बी० का जनरेटर तथा ब्लड बैंक में 15 के०बी० का जनरेटर कियाशील थे। चिकित्सालय में ट्यूबवेल कियाशील है तथा नियमित जल आपूर्ति है। रोगियों हेतु आर०ओ० वाटर की सुविधा है। चिकित्सालय में सांसद निधि से एक एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी गयी है जो कियाशील है तथा चिकित्सालय में पहले से उपलब्ध एम्बुलेन्स ऑफरोड है। चिकित्सालय में ए०सी० शव वाहन उपलब्ध है। इस वाहन के संचालन हेतु दिशा—निर्देश महानिदेशालय से उपलब्ध है।
- चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड, डिजीटल एक्स—रे एवं 60 एम०ए० की एक्स—रे मशीन कियाशील है।
- चिकित्सालय में आयुष विंग, एन०आर०सी० तथा एस०एन०सी०य० कियाशील है।
- चिकित्सालय परीसर में 8 आवास चिकित्साकों हेतु एवं टाइप—2 के 16 आवास हैं।
- 102 एम्बुलेन्स यू०पी० 41 G 1647 का निरीक्षण किया गया, उक्त एम्बुलेन्स में पॉयलेट श्री अश्विनी कुमार उपस्थित थे, एम्बुलेन्स में ऑक्सीजन तथा एम्बूबैग कियाशील थे एवं आवश्यक औषधियां, अग्नि शमन यंत्र मौजूद था।
- इकाई पर डीपिक्स की जानकारी की गयी श्री मनीष सैनी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने अवगत कराया कि नेटवर्क की सिग्नल बहुत धीमा होने के कारण समय से सूचनायें फीड नहीं की जा सकती हैं।

### **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामुज़ –**

- उक्त स्वास्थ्य इकाई, एफ०आर०य० के रूप में चिह्नित है। चिकित्सा अधिक्षक उपस्थित थे। इस इकाई पर कोई भी नियमित महिला चिकित्सा न होने के कारण सिजेरियन ऑपेशन नहीं किये जाते। प्रसव कक्ष में डा० प्रीति साक्या, संविदा आयुष चिकित्सक, सुश्री अनुस्का एवं सुश्री रागिनी सिंह, स्टाफ नर्स उपस्थित थी। प्रसव कक्ष में दो लाभार्थि मौजूद थी।
- इस इकाई में अप्रैल, 16 से भ्रमण के समय तक कुल 59 केसेस अन्य इकाई पर सन्दर्भित किये गये। इकाई पर नवजात शिशु देखभाल हेतु सभी व्यवस्थायें हैं एवं फोटोथिरैपी, सक्षण मशीन, बेबी वार्मर कियाशील हैं।
- इकाई पर जे०एस०वाई० एवं जे०एस०एस०के० लाभार्थी 48 घंटे तक नहीं रोके जाते हैं।
- इकाई पर जनरेटर कियाशील है। कोल्ड चेन कक्ष में चार डिफ्रिजर तथा 4 आई०एल०आर० कियाशील थे किन्तु किसी भी उपकरण में विद्युत बोर्ड में बिना प्लग टॉप के सीधे तार जुड़े हुये थे। चिकित्साधिक्षक को तत्काल प्लग टॉप लगाने के निर्देश दिये गये एवं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि ये कार्य शाम तक हो जायेगा।
- इकाई पर डा० प्रभात कुमार, संविदा दन्त चिकित्सक उपस्थित थे। डेन्टल चेयर कार हाईड्रोलिक सिस्टम खराब था। उन्होंने अवगत कराया कि स्थानीय स्तर पर मकैनिक की व्यवस्था न होने के कारण इसकी मरम्मत नहीं कराया जा सका। रोगियों को आर०सी०टी० की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

- इकाई पर आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 कार्यक्रम में एल0टी0 तैनात है। लैब में औषधियों एवं अन्य लॉजिस्टिक का भण्डारण है। लैब पुराने जीर्ण शीर्ण भवन में स्थापित है जबकि नये सी0एच0सी0 भवन में लैब हेतु कक्ष बनाया गया है।
- आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये बाइनाकूलर माइक्रोस्कोप का बल्ब 10 दिन से खराब है। इस हेतु डी0टी0ओ0, कन्नौज को तत्काल कार्योवाही करने के निर्देश दिये गये।

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरपुर –

- उक्त इकाई 24X7 प्रसव इकाई है।
- यहाँ पर सुश्री राजेश्वरी तथा सुश्री अर्चना स्टाफ नर्स एवं सुश्री विभा ए0एन0एम0 कार्यरत हैं।
- निरीक्षण के समय श्री सतीश चन्द्र, वार्ड ब्लाय उपस्थित थे तथा सुश्री विभा ए0एन0एम0 टीकाकरण सत्र करने गयी थी।
- इकाई पर अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया जा सका।

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानीमऊ –

- इकाई पर श्री दुर्गेश, एल0ए0 उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि 6 माह से मलेरिया आर0डी0टी0 कीट नहीं है, दिनांक 29.05.2016 को 2 मलेरिया की स्लाइड बनायी गयी थी उन्होंने बताया कि जे0एस0बी0 स्टेन का कन्संट्रेसन सही न होने के कारण स्लाइड की स्टेनिंग तथा जाँच सी0एच0सी0 पर करायी जाती है।
- निरीक्षण के समय 2 मरीजों के हीमोग्लोबिन की जाँच की गयी थी।
- इकाई पर लेन्सेट एवं हगकटर उपलब्ध नहीं थे, डा0 नरसिंह राजपूत, पंकज दूबे, फार्मासिस्ट तथा सुधा देवी स्टॉफ नर्स अनुपस्थित थी।
- इकाई पर दिनांक 09.06.2016 को 01 प्रसव सम्पन्न कराया गया था, प्रसव कक्ष तथा प्रसवोत्तर वार्ड अत्यंत ही गंदा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी भी जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा कभी नहीं देखा गया, इकाई पर इंवर्टर क्रियाशील था।
- इकाई पर अप्रैल 2016 से 17 जून, 2016 तक 19 प्रसव सम्पन्न कराये गये।

### टीकाकरण सत्र सिकन्दरपुर, तरौस –

- सुश्री विभा, ए0एन0एम0 टीकाकरण सत्र जो सिकन्दरपुर, तरौस में चेयरमेन के आवास पर आयोजित हो रहा था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन मौजूद थे।
- सत्र स्थल पर बी0पी0 मशीन, हब कटर नहीं था।
- निरीक्षण के समय 7 टीके लगाये गये थे।
- सत्र स्थल पर ओ0आर0एस0, आई0एफ0ए0 तथा पैरासीटामाल मौजूद थी।

(डा0 एम0आर0 गौतम)  
महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

