

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद—सहारनपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, सहारनपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर।

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/ 1182-3 दिनांक 30.01.2019

विषय: दिनांक 21 से 25 जनवरी 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा जनपद सहारनपुर का किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 21 से 25 जनवरी 2019 तक जनपद सहारनपुर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या तैयार की है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

\_\_\_\_\_

(डा० नीरज शुक्ला )  
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी०एम०य०, एन०एच०एम०, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर।

\_\_\_\_\_  
(डा० नीरज शुक्ला )  
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद—सहारनपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, सहारनपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर।

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/

दिनांक ३०-०१-2019

विषय: दिनांक 21 से 25 जनवरी 2019 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा जनपद सहारनपुर का किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या—एस.पी.एम.य०/एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 21 से 25 जनवरी 2019 तक जनपद सहारनपुर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या तैयार की है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(डा० नीरज शुक्ला )

अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/EMTS/Supp. Sup./Saharanpur/2018-19/ 11182-3(7) दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर, उ०प्र०।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य०, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., सहारनपुर।

मिशन निदेशक  
(डा० नीरज शुक्ला )  
अपर मिशन निदेशक

जनपद सहारनपुर के किये गये भ्रमण दिनांक 21.01.2019 से 25.01.2019 की राहयोगात्मक  
पर्यवेक्षण की आख्या

भ्रमण दल के सदस्य—

1. डा० पी०के० श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई०एम०टी०एस०।
2. श्री अरुणेश तिवारी, कन्सल्टेंट, ई०एम०टी०एस०।

भ्रमण दिवस— दिनांक 21.01.2019 से 25.01.2019

मुख्य संपर्क अधिकारी:

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद सहारनपुर।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, सहारनपुर मण्डल।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर / जिला लेखा प्रबन्धक / जिला डाटा प्रबन्धक जनपद सहारनपुर।
- सुपरिटेंडेंट इन चीफ, जिला पुरुष चिकित्सालय, सहारनपुर।
- चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर।
- प्रभारी रक्तकोष, जिला पुरुष चिकित्सालय, सहारनपुर।
- प्रभारी डायलसिस यूनिट, जिला पुरुष चिकित्सालय सहारनपुर।
- अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर, सहारनपुर।

भ्रमण आख्या

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर चिकित्सालय में उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन नहीं लगी है।	01 सप्ताह में बायोमैट्रिक मशीन लगाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय परिसर के लिए 02 जनरेटर उपलब्ध हैं जिसमें से 01 जनरेटर खराब है। एम.सी.एच. विंग के लिए जनरेटर उपलब्ध नहीं है। खराब जनरेटर के सम्बन्ध में सी.एम.एस. से बात करने पर पता चला कि उसे ठीक कराने हेतु लगभग 02.00 लाख रुपये का व्यय आयेगा। मौके पर ही टीम द्वारा महानिदेशालय के सम्बंधित अधिकारी से वार्ता की गयी एवं तदोपरांत सी.एम.एस. को निर्देशित किया गया कि महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्काल जनरेटर को ठीक कराया जाए।	सी.एम.एस. द्वारा महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्काल जनरेटर को ठीक कराया जाए।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय में एनेरथीसिया के केवल 01 चिकित्सक हैं जबकि प्रसव सम्बन्धी ऑपरेशन और अन्य ऑपरेशन के लिए मरीजों का दबाव रहता है इस सम्बन्ध में टीम ने सी.एम.एस. से 01 से अधिक एनेरथीसिया चिकित्सक को जरूरी बताया।	सी.एम.एस. द्वारा एनेरथीसिया चिकित्सक के लिए महानिदेशालय को पत्राचार करने के लिए कहा गया।	सी.एम.एस.
ऑपरेशन कक्ष में छत पर पपड़ी जमी है और फर्श पर जंग के निशान मिले, सी.एम.एस. द्वारा बताया गया कि बजट की कमी है इसलिए ऑपरेशन कक्ष की मरम्मत समय से नहीं हो पा रही है।	टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि ऑपरेशन कक्ष महत्वपूर्ण है अतः प्रस्तावित बजट से अन्य प्रावधान करते हुए मरम्मत सुनिश्चित करें।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय में खराब हुए उपकरणों के मरम्मत के	सी.एम.एस. द्वारा उपकरणों के	सी.एम.एस.

अवलोकन विन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
लिए सर्विस देने वाली कम्पनी का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है। मरम्मत के बाद उपकरण जल्दी ही खराब हो जाते हैं जिससे चिकित्सक द्वारा मरीजों की देखभाल में परेशानी होती है। सर्विस देने वाली कम्पनी का एग्रीमेंट काफी उपलब्ध नहीं है।	उचित मरम्मत कराने एवं एग्रीमेंट के अनुसार कम्पनी को निर्देश देने के लिए कहा गया।	
सी.एम.एस. द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय परिसर के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। चिकित्सालय में प्रत्येक दिन प्रसव सम्बंधी ऑपरेशन और भर्ती में मरीज और तीमारदारों की अधिक संख्या के कारण सुरक्षा जरूरी है।	टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि सुरक्षाकर्मी सम्बंधी मद न होने के कारण प्रशासनिक वजट के मद से सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करायें।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय में नियमित और संविदा दोनों तरह के नर्सेस की कमी है जिसके कारण मरीजों की उचित देख—भाल नहीं हो पाती।	संविदा नर्सों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नर्स उपलब्ध हो जायेंगी।	सी.एम.एस.
एस.एन.सी.यू. वार्ड में ट्रेंड नर्सेस की कमी है।	टीम द्वारा नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए कहा गया।	सी.एम.एस.
वार्मर लोड ज्यादा है। साथ ही साथ कुछ रेडियन्ट वार्मर पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं पाये गये। चिकित्सालय के पास एस.एन.सी.यू. के उपकरण मद में 13.00 लाख रुपये उपलब्ध पाये गये जिसकी जानकारी सी.एम.एस. को नहीं थी।	उपलब्ध धनराशि से क्रय एवं मरम्मत का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस.
लैब वैकअप की कमी है। सी.आर.पी. टेरेस्ट, सोडियम पोटेशियम टेरेस्ट आदि के लिए अनुबंधित लैब पर निर्भर हैं जो 01 से 02 दिन में रिपोर्ट देता है।	जांच पूरी होते ही अनुबंधित लैब द्वारा चिकित्सालय को डिजिटल फार्म में रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस.
टीकाकरण कक्ष में महत्वपूर्ण टीके बी.सी.जी. और हैंपेटाइटिस की उपलब्धता समयानुसार नहीं है जिससे जरूरी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है।	टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि टीकाकरण के लिए जरूरी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।	सी.एम.एस.
फैमिली प्लानिंग में पी.पी.आई.यू.सी.डी. कार्ड उपलब्ध नहीं है।	कार्ड की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय परिसर में एम्बुलेंस से भेजे गये लाभार्थी के लिए ड्रापवैक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	शासनादेश 14.06.2017 के अनुसार रजिस्टर बनाया जाये।	सी.एम.एस. / नोडल आफिसर

### जिला पुरुष चिकित्सालय, सहारनपुर

चिकित्सालय में उपरिथित हेतु वायोमैट्रिक मशीन नहीं लगी है।	01 सप्ताह में वायोमैट्रिक मशीन लगाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय परिसर में एवं वार्ड के आस-पास कई सारे कुत्ते पाये गये।	नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का समाधान करें।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय के क्लड वैंक का भ्रमण किया गया। गीडिया के सूत्रों द्वारा अवगत कराया गया कि कई बार क्लड यूनिट मरीजों को देने हेतु मरीजों से अनाधिकृत धन की उगाही की जा रही है।	प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	सी.एम.एस.
डायलिसिस यूनिट का भ्रमण किया गया एवं पाया गया कि 03 बेड सेरो पॉजिटिव केसेज के लिए आरक्षित हैं एवं 07 बेड सेरो निगेटिव केसेज के लिए आरक्षित हैं। सेरो पॉजिटिव बेड पर अधिक लोड है।	सेरो पॉजिटिव हेतु 04 बेड एवं सेरो निगेटिव हेतु 06 बेड की व्यवस्था किया जाना उचित होगा।	सी.एम.एस.

आवलोकन विन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का रूपरेखा
सी.एम.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि 01 ग्रेज को अत्यधिक पिलब्बे से लगभग 01 घण्टे बाद 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हुई।	सी.एम.एस. से कॉलर का नाम्बर एवं कॉल की तिथि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी जिरासे कॉल सेंटर के माध्यम से प्रकरण की जांच की जा सके।	सी.एम.एस.
चिकित्सालय की पैथालॉजी यूनिट का भ्रमण किया गया एवं पाया गया कि ओ.पी.डी. के रामय तथा अधिकतम शाम 05.00 बजे तक छी पैथालॉजी की नियमित सुविधायें उपलब्ध हैं इसके उपरांत 108 काल जांचें की जा रही हैं।	24 घण्टे जांच की सेवा उपलब्ध कराना उद्दिष्ट है।	सी.एम.एस.

### वी.एच.एन.डी. केन्द्र— शजवी, ब्लाक— नकुर, सहारनपुर

शुगर की जांच के लिए मरीजों को 02 घण्टे पूर्व दी जाने वाली ग्लूकोज पाउडर की कमी है।	टीम द्वारा ए.एन.एम. को ग्लूकोज पाउडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।	ब्लाक एम.ओ.आई.सी.
विटामिन-ए सिरप की सप्लाई कम है।	विटामिन-ए सिरप की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाए।	सी.एम.ओ. / ब्लाक एम.ओ.आई.सी.
सिरप के खुलने पर तिथि एवं समय नहीं लिखा पाया गया।	तिथि एवं समय अंकित किया जाए।	ब्लाक एम.ओ.आई.सी. / ए.एन.एम.
गर्भवती महिलाओं/ वच्चों आदि के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाये गये हैं जबकि एम.सी.टी.एस. रजिस्टर उपलब्ध करा दिया गया है।	नियमानुसार रजिस्टर पर जानकारी अंकित की जाए।	ए.एन.एम.
सम्बंधित ए.एन.एम. के क्षेत्र में 11,000 की जनसंख्या आती है परन्तु विगत कई वर्षों से कोई भी मैटरनल डेथ रिपोर्ट नहीं की गयी है। साम्भवतः मैटरनल डेथ रिपोर्ट नहीं हो पा रही है।	आशा एवं ए.एन.एम. द्वारा मैटरनल डेथ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।	ए.एन.एम. / ब्लाक एम.ओ.आई.सी.
कुल 103 ए.एन.सी. केसेज में से मात्र 03 एच.आर.पी. केस चिन्हित किये गये हैं और वो भी पूर्व सिजेरियन केस होने के कारण। सम्भावित है कि एच.आर.पी. के अन्य कारणों की विधिवत जांच नहीं की जा रही है।	एच.आर.पी. चिन्हित करने हेतु समरत कारणों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाये।	ए.एन.एम. / ब्लाक एम.ओ.आई.सी.

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—फन्डपुरी, ब्लाक—नकुर, सहारनपुर


चिकित्सालय परिसर में वार्ड एवं ओ.पी.डी. में पर्दे नहीं लगे थे।	पर्दे लगाने का सुझाव दिया गया।	एम.ओ.आई.सी.
कॉमन एरिया एवं वार्ड में पंखों की कमी थी तथा पुरुष वार्ड में कोई भी लाईट नहीं लगी थी।	पंखे एवं लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	एम.ओ.आई.सी.
चिकित्सालय परिसर में सिटिजन चार्टर नहीं उपलब्ध था।	सिटिजन चार्टर की व्यवस्था की जाए।	एम.ओ.आई.सी.
चिकित्सालय में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता कम थी।	औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	एम.ओ.आई.सी.
ब्लाक में एस.वी.ए. ट्रेन्ड एक ही ए.एन.एम. है एवं उसके द्वारा भी केन्द्र पर डिलिवरी नहीं करायी जा रही है।	एस.वी.ए. ट्रेनिंग का प्लान तैयार किया जाएं एवं ट्रेन्ड स्टाफ की तैनाती कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को	एम.ओ.आई.सी.
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई भी ए.एन.एम. तैनात नहीं है जिसके कारण प्रसव सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।	एस.वी.ए. ट्रेनिंग का प्लान तैयार किया जाएं एवं ट्रेन्ड स्टाफ की तैनाती कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को	ब्लाक एम.ओ.आई.सी. / सी.ओ.

अवलोकन विन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय में सामन्यतः फार्मसिस्ट द्वारा ही ओ.पी.डी. का कार्य किया जा रहा है। तैनात चिकित्सक द्वारा दिनांक 10.01.2019 के बाद दिनांक 21.01.2019 को ओ.पी.डी. की गयी है, बताया गया कि सम्बंधित चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ ब्लाक चिकित्सालय का कार्य भी देख रहे हैं।	एल-1 के रूप में विकसित किया जाए। समस्त चिकित्सकों/स्टाफ की उपरिथिति की नियमित समीक्षा की जाए यदि को चिकित्सक/स्टाफ किसी अन्य स्थान से सम्बद्ध है तो दोनों स्थानों से उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों की पुष्टि की जाए।	सी.एम.ओ.
स्ट्रेचर, इकजामिनेशन टेबल, बेड्स आदि में जंग लगी हुई पायी गयी।	उचित रख-रखाव किया जाए।	ब्लाक एम.ओ.आई.सी./सी.एम.ओ.


### समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- फतेहपुर, सहारनपुर

ऑपरेशन कक्ष क्रियाशील नहीं हैं। विभिन्न उपकरण एवं ओ.टी. टेबल इनरस्टाल्ड नहीं हैं।	ओ.टी. को क्रियाशील किया जाए।	अधीक्षक/सी.एम.ओ.
स्टाफ द्वारा ऑपरेशन कक्ष में फंगस इन्फेक्शन की सामरया बतायी गयी है।	ऑपरेशन थियेटर के डिसइंफेक्शन एवं समुचित रख-रखाव की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एफ.आर.यू. के रूप में विनिष्ठित है। अधीक्षक स्वयं एनेरथीसिया के डाक्टर हैं लेकिन सर्जन के न होने के कारण सिजेरियन सेक्सन एवं अन्य ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। चिकित्सालय में लेडी मेडिकल आफिसर उपलब्ध है।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सप्ताह में कम से कम 02 दिन सर्जन/गायकोनालाजिस्ट की व्यवस्था की जाए जिससे सिजेरियन सेक्सन किये जा सकें।	सी.एम.ओ.
जिला महिला चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग 15 रिजेरियन किये जाते हैं एवं मात्र 01 एनेरथीसिस्ट उपलब्ध है।	सी.एच.सी., फतेहपुर के एनेरथीसिस्ट से सप्ताह में कम से कम 02 दिन जिला महिला चिकित्सालय में एनेरथीसिया की सेवाएं ली जाएं।	सी.एम.ओ./सी.एम.एस. जिला महिला चिकित्सालय
चिकित्सालय में दवा की उपलब्धता में कमी है।	दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	अधीक्षक
केन्द्र से सम्बद्ध 102 एन.ए.एस. एम्बुलेंस में स्टेथेस्कोप एवं वी.पी. इन्स्ट्रुमेंट जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं थे।	एम्बुलेंस वाहनों का नियमित सत्यापन कराया जाए एवं कोई कमी पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जाए।	अधीक्षक
चिकित्सालय में ड्रापवैक रजिस्टर अलग से नहीं था।	शासनादेश 14.06.2017 के अनुसार रजिस्टर बनाया जाये।	अधीक्षक
लेवर रूम में वॉश वेसिन एवं अन्य स्थानों पर सामान्य टैप लगे पाये गये एवं एल्बो टैप नहीं लगे पाये गये।	एल्बो टैप लगाये जायें	अधीक्षक
लेवर रूम एरिया में फाइव बाई फाइव मैट्रिक्स नहीं पाई गयी। जे.एस.एस.के. के प्रोटोकॉल पोस्टर भी अनउपलब्ध थे।	समुचित आई.ई.सी. की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक
लेवर रूम में वेंटिलेशन की जगह को प्लाई बुड से ढका गया है।	वेंटिलेशन की जगह को पूरी तरह से सीलवन्ड कर दिया	अधीक्षक


अवलोकन विन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही जाए।	कार्यवाही का स्तर
वार्ड में बेड्स पर बेडशीट नहीं लगी हुई थी	मानकों के अनुसार नियमित तौर पर बेडशीट्स का प्रयोग किया जाए।	अधीक्षक
वार्ड में लाइटिंग की व्यवस्था समुचित नहीं पायी गयी।	मानकों के अनुसार लाइटिंग की व्यवस्था की जाए।	अधीक्षक




महिला चिकित्सालय के आपरेशन कक्ष में छत पर जमी पपड़ी



महिला चिकित्सालय के आपरेशन कक्ष में फर्श पर लगी जंग



पुरुष चिकित्सालय परिसर में टहलते हुए आवारा कुत्ते



प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र फन्दपुरी में जंग लगी इक्जामिनेशन टेबल



सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र फतेहपुर




सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र फतेहपुर से सम्बद्ध एम्बुलेंस का निरीक्षण करते हुए



एस.पी.एम.यू., वार्ड महिला शिक्षालय



कीपवर्धन.ली. - शजाही, बालक - नामुर



सामुदायिक रखारथ्य केन्द्र— फतेहपुर में  
वेड्सा पर वेडशीट नहीं है।



सामुदायिक रखारथ्य केन्द्र— फतेहपुर के  
लेवर रुम में एल्बो टैप नहीं लगी है।



सामुदायिक रखारथ्य केन्द्र— फतेहपुर में लेवर  
रुम में वेंटिलेशन की जगह को प्लाई बुड से  
ढका गया है।

अरुणेश तिवारी  
कन्सल्टेंट, ई.एम.टी.एस.  
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

डा० पी०क० श्रीवारत्तव  
उपमहाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.  
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.