

जनपद बस्ती एवं संतकबीरनगर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

दिनांक : 09 से 11 मई 2018

अनुश्रवण के बिन्दुवार विस्तृत रिपोर्ट निम्नवत है।

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
अरबन प्रा0स्वा0केन्द्र बरदहिया जनपद बस्ती			
अरबन प्रा0स्वा0केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र पर पूर्ण एवं अंशकालिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरण, बी0एम0डब्ल्यू0 एवं दवायें समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं आई0यू0सी0डी0 की सेवा नहीं	मानक अनुसार पूर्ण एवं अंशकालिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की जायें केन्द्र हेतु मानक अनुसार औषधी एवं उपकरण की मांग के सापेक्ष जिला चिकित्सालय के स्टोर से दिनांक को उपलब्ध करवा दिया गया। आई0यू0सी0डी0 की सेवा सुनिश्चित की जायें।	जिला नोडल अधिकारी—एन0यू0एच 0एम0
बस्ती जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में आयोजित बैठक			
एच.एम.आई. एस	ओपेक चिकित्सालय कैली एवं ब्लाकों द्वारा समय पर रिपोर्ट अपलोड नहीं की जाती है	समय रिपोर्ट अपलोड एवं डाटा वैलिडेशन कमेटी के सदस्यों से सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। अपलोड डाटा की हार्ड कॉपी फाइल में रखे।	समस्त जनपदीय एवं ब्लॉक इकाई
एम.सी.टी.एस	जनपद की रैंकिंग राज्य स्तर द्वारा जारी रैंकिंग में 20वाँ स्थान है।	100 प्रतिशत एम0सी0टी0एस0 रजिस्ट्रेशन, ड्यू लिस्ट वितरण एवं अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें।	टीकाकरण अधिकारी
पुनरीक्षित क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम	निश्चय वेब पोर्टल पर नोटिफाइड क्लाइंट कार्ड अपलोड नहीं स्पूटम इग्जामिनेशन रेट 180/लाख निर्धारित के सापेक्ष 135/लाख।	निश्चय वेब पोर्टल पर नोटिफाइड क्लाइंट कार्ड अपलोड समय किया जायें। जिला क्षय रोग अधिकारी के स्तर से सभी एस.टी.एस. को एक पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें।	जिला क्षय रोग अधिकारी
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	वाहन पर कार्यक्रम का लोगो एवं बैनर नहीं है एवं वाहन मानक अनुसार संचालित नहीं।	वाहन स्वामी को निर्देशित किया गया कि मानक अनुसार व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।	नोडल अधिकारी आर. बी.एस.के.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खलिलाबाद			
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट	बायोमेडिकल वेस्ट करने हेतु नियमानुसार कक्ष संग्रह कक्ष के बगल में हैण्ड वाशिंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं	व्यवस्था की जाये।	समस्त ब्लॉक चि0 अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना वार्ड	अटेन्डेन्ट के बैठने की व्यवस्था नहीं	व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	समस्त ब्लॉक चि0 अधिकारी
आयुष	दो आयुष डाक्टर होम्योपैथिक विधा के हैं परन्तु फार्मासिस्ट आयुर्वेद का है। औषधि हेतु डिब्बियाँ नहीं हैं।	भ्रमण दल द्वारा सुझाव दिया गया कि औचित्यपूर्ण पदस्थापना सुनिश्चित की जायें एवं डिब्बियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम	दीवारों में सीलन है, औषधि ट्रॉली जंगयुक्त ए0सी0 का वायरिंग अस्त-व्यस्त	तत्काल ठीक करायें।	समस्त ब्लॉक चि0 अधिकारी
एन0बी0एस0यू 0	स्टाफ नर्सों को वार्मर आपरेट करना नहीं आता	शिशु रोग विशेषज्ञ डा0 देवेन्द्र प्रताप को हैण्ड होल्डिंग प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया।	शिशु रोग विशेषज्ञ डा0 देवेन्द्र प्रताप
102 एवं 108 कार्यक्रम	सम्बंधित शासनादेश के अनुसार रजिस्टर का प्रारूप नहीं भरा जा रहा	नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित की जायें।	समस्त ब्लॉक चि0 अधिकारी
ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक काउन्सलर	रजिस्टर को गार्डलाईन के अनुसार नहीं भरा जा रहा है। आउट रिच सेसन सम्पादन नहीं किया जा रहा है।	नियमानुसार कार्यवाही की जायें।	ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक काउन्सलर
लैब	लैब अव्यवस्थित एवं साफ-सफाई की कमी सेमी आटोलाईजर एवं कैलीरो मीटर नहीं है माईक्रोस्कोप नानफन्क्सनल है।	माईक्रोस्कोप एवं कैलीरो मीटर स्टोर में उपलब्ध है, जिसके तत्काल प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी