

भ्रमण आख्या जनपद-मुरादाबाद

दिनांक 9-12 मई, 2018

भ्रमण दल-

1. मो0 अताऊर रब उपमहाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस
2. श्री अखिलेन्द्र सिंह डाटा एनालिस्ट एम0एण्ड0ई0

दिनांक 09 मई को मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-मुरादाबाद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ बैठक कर भ्रमण के उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा जनपद में संचालित कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई।

दिनांक 10 मई को भ्रमण दल द्वारा जिला महिला अस्पताल का भ्रमण किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

जिला महिला चिकित्सालय

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण खत्म हो गया तथा इसका आडिट भी नहीं हुआ था	सी0एम0एस पंजीकरण के लिए अग्रेतर कार्यवाही करें।	सी0एम0एस0 एक - माह
2.	प्रसव पंजिका में लाभार्थी का टीकाकरण तथा एम0सी0टी0एस0 न0 दर्ज नहीं की जा रही थी	ए0एन0एम0 सभी लाभार्थियों का शत प्रतिशत एम0सी0टी0एस0 पंजीकरण सुनिश्चित करायें	ए0एन0एम0
3.	लेबर रूम में प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगे हुए थे, रूम के बाहर जोनिंग नहीं हुई थी तथा लेबर रूम के आटोक्लेव निष्क्रिय पाई गई	प्रोटोकाल पोस्टर प्रिन्ट करवायें	सी0एम0एस / 15 दिवस
4	लेबर रूम में तीन टेबिल उपलब्ध थी कैलिस पैड पंचर अवस्था में पाये गये	कैलिसपैड की मरम्मत करवाई जाये या नया खरीदा जाये	सी0एम0एस / 15 दिवस
5.	लेबर रूम के अन्दर 7 ट्रे की व्यवस्था नियमानुसार नहीं थी	स्टाफ नर्स 7 ट्रे को सुसज्जित करें	स्टाफ नर्स / 1 दिवस
6.	कैस कार्ड डिलेवरी रूम के बाहर निष्क्रिय अवस्था में पाई गई		सी0एम0एस0 / 07 दिवस
7.	ए0एफ0एच0सी0 क्लीनिक में बी0पी0 मशीन काम नहीं कर रहा था	बी0पी0 मशीन नया खरीदा जाये	सी0एम0एस0 / 07 दिवस

8	ए0एफ0एच0सी0 क्लीनिक में ब्लू कलर की आईरन की गोली पिछले कई माह से उपलब्ध नहीं है	आर0सी0 हो चुकी है सी0एम0ओ0 आफिस के द्वारा क्रय किया जाना है	सी0एम0ओ0 / 15 दिवस
9.	बयोमेडिकल बेस्ट का पृथकीकरण तथा इसका निस्तारण नियमानुसार हो रहा था।		
10	ई0 हास्पिटल सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। लैब रिपोर्ट मरीजों को मोबाइल के माध्यम से भी भेजी जा रही है		
11.	102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा के रजिस्टर अपूर्ण थे।	निर्धारित रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट कराये जाने का सुझाव दिया गया। निर्धारित रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
12	शिकायत निवारण की पेटिका नहीं लगी हुई थी।	3 दिन के अंदर आशा शिकायत निवारण पेटिका लगाई जाये।	सी0एम0एस0 3 दिन

दिनांक 10 मई को भ्रमण दल द्वारा जिला महिला अस्पताल के भ्रमण के पश्चात दोपहर बाद जनपद के समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधीक्षकों /ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्ध/ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक/ब्लाक लेखा प्रबन्धकों की जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

- समीक्षा के मुख्य बिन्दु मुख्य निम्नवार हैं जनपद के कुल 268 फैसिलिटीज (DH, CHC, PHC, SC) में से 28 चिकित्सा इकाईयाँ प्रसव केन्द्र के रूप में चिन्हित हैं जिसमें से L1-19, L2-6 एवं L3-3 है।
- जनपद में 31272 ओपीडी तथा 3945 आई0पी0डी पिछले वर्ष के अप्रैल माह से इस वर्ष अधिक हुई है।
- अप्रैल माह के एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन के अनुसार जनपद में तीन ए0एन0सी 54.8 प्रतिशत है जो कि 2.8 प्रतिशत गत वर्ष के अप्रैल माह से अधिक है।
- माह अप्रैल 2018 में अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग 97 प्रतिशत थी जो की गत वर्ष से 17.9 प्रतिशत अधिक है।
- गत वर्ष की तुलना में एम0सी0टी0एच0 पोर्टल पर फीडिंग कम हो पा रही है क्योंकि डाट इन्टी आपरेटर्स का अधिक समय पी0एम0वी0वाई0 तथा आयुषमान भारत के फार्मेट इन्टी में लग रहा है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि पी0एम0वी0वाई0 फार्मेट

अधिक से अधिक अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा औसत आशा भुगतान का लक्ष्य तीन हजार रु निर्धारित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-भोजपुर

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	आशायें परिवार नियोजन की प्रतिपूर्ती धनराशि के दिशा निर्देशों से अनभिग्य थी।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर
2	प्रशूता बच्चों के जन्म के पश्चात 48 घण्टें तक नही रुक रही थी प्रसूताओं को कम से कम 48 घण्टे के उपरान्त ही चिकित्सालय से डिस्चार्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।		
3	प्रसव कक्ष में दो प्रसव टेबल के बीच में पर्दा की व्यवस्था नहीं थी।		
4	लेबर रूम में टेबल व स्टैण्ड में जंग लगा हुआथा यथोचित कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।		
5	लेबर रूम में 16 प्रोटोकॉल पोस्टर उपलब्ध नहीं है।		
6	लेबर रूम में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल पोस्टर प्रसव टेबल के नीचे पड़े हुए थे।		
7	लेबर रूम में निर्धारित 7 ट्रे उपलब्ध थीं।परन्तु मानकानुसार नहीं था।		
8	लेबर रूम में Radiant warmer खराब पाया गया। नर्सिंग स्टाफ को रेडियन्ट वार्मर एवं उसके निर्धारित तापमान की कोई जानकारी नहीं थी।		
9	स्टाफ नर्स एस0बी0ए0 प्रशिक्षित नहीं थी।		
10	प्रसव रजिस्टर के आखिर में दिये गये मासिक रिपोर्ट कालम में मासिक रिपोर्ट नही बनायी जा रही थी।		

11	स्टेलाइजेशन रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।		
12	माह अप्रैल, 2018 में कार्यरत आशाओं में से कुछ आशाओं का मासिक भुगतान नहीं किया गया है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि आशाओं द्वारा भुगतान हेतु वाउचर जमा नहीं किये गये हैं। माह अप्रैल, 2018 में आशाओं का मासिक भुगतान रू0 1048 प्रति आशा है।	बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल आशा संगिनियों के माध्यम से आशाओं के अप्रैल माह के वाउचर जमा कर उनका भुगतान कराना सुनिश्चित करें।	15 कार्यदिवस
13	आशा मासिक बैठक रजिस्टर उपलब्ध था, परन्तु एजेण्डा नहीं था साथ ही कार्यवाही एवं कार्यवृत्त का अंकन नियमानुसार नहीं था।	बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह मासिक बैठक से पहले एजेण्डा बनाकर बैठक के बाद कार्यवृत्त लिखकर चिकित्सा अधीक्षक से अवलोकन करायें।	7 कार्यदिवस
14	आशा शिकायत तंत्र का रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल आशा शिकायत तंत्र का रजिस्टर बना कर प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक से अवलोकित करा लें।	2 कार्यदिवस

स्वास्थ्य उपकेन्द्र केन्द्र, रौसनपुर टिगरी, ब्लाक भोजपुर

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर उपकेन्द्र का नाम नहीं अंकित किया गया।		
2	उपकेन्द्र पर सिटीजन चार्टर लेखन नहीं कराया गया है।		
3	उपकेन्द्र के सामने कूड़ा कचड़ा का ढेर लगा हुआ था।	ए0एन0एम0 को आवश्यक दवाओं, एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0।
4	उपकेन्द्र पर डिलीवरी नहीं हो रही है		
5	ए0एन0एम0 का फर्नीचर टूटा हुआ था एवं कोई भी दवा उपलब्ध नहीं थी।		
6	बी0पी0 मशीन उपलब्ध नहीं था।		

वी.एच.एन.डी., अक्कारायपुर, उपकेन्द्र रफतपुरब्लाक-मुण्डापाण्डेय

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	सत्र स्थल पर बैनर लगा हुआ था।		
2	वी.एच.एन.डी. टीम के पास वजन मशीन, हीमोग्लोबिन किट उपलब्ध था।		ब्लाक / उपकेन्द्र स्तर
3	सत्रस्थल पर पोषाहार नहीं नहीं था।		
4	आशा के पास आशा ड्रग किट उपलब्ध नहीं था।		
5	परिवार नियोजन के साधन, निश्चय किट आदि उपलब्ध नहीं है।		
6	वी.एच.एन.डी. पर सेनेटरी पेड, पिक आयरन टेबलेट आदि उपलब्ध नहीं है।		
7	सत्र स्थल पर ड्यु लिस्ट ठीक से भरी नहीं जा रही थी।		
8	सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।		
9	लाभार्थियों को चार संदेश दिया जा रहा था।		
10	वी0एच0एन0डी0 पर प्रयोग किये जाने वाली टैली शीट उपलब्ध नहीं थी।		
11	आंगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा वी.एच.एन.डी. सत्र पर कोई सेवा नहीं दी जा रही है।		
		बी0सी0पी0एम0 / ए0एन0एम0 को आवश्यक आई0ई0सी0 सामग्री तथा दवायें एवं अन्य सभी उपकरणों उपलब्धता के साथ नियमानुसार वी. एच.एन.डी. के अर्न्तगत दी जाने वाली सभी सेवाएं लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु सुझाव दिया गया। टैली शीट प्रिंट कर सत्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।	ब्लाक / उपकेन्द्र स्तर





(Signature)
(अखिलेन्द्र सिंह)
डाटा एनालिस्ट
एम0एण्ड0ई0, अनुभाग

(Signature)
(मो0अताउर रब)
उप महाप्रबन्धक,
कम्युनिटी प्रोसेस